

АВГУСТ 1975 г.

РАБОТА ВАРИОМЕТРОВ:

На данный период принято:

Дата Время ИТ	Цена деления на I мм		Температ. коэфф.ц. гамма/град	Базисные значения приняты.	
I Серия (основная) Развертка 20 мм/час	Т гамм	3.08	- 0.2	52564	
	Д гамм	1.64			
	Д мин	0;209		- 9 40; 3	
	Н гамм	1.73	- 0.3	26953	
	З гамм	2.35	- 0.9	45117	
Серия ² (точная) Развертка 20 мм/час	Т гамм	1.63	- 0.3	52556	
	Д гамм	1.42			
	Д мин	0;181		- 9 40; I	
	Н гамм	2.49	- 0.7	26920	
	З гамм	3.63	- 0.6	45155	

АБСОЛЮТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Дата	Время	Т		Д		Н		З	
		Абс.п	Базис	Абс.п	Базис	Абс.п	Базис	Абс.п	Базис
4.8.	04 ^h 52 ^m -05 ^h 31 ^m	52646	52565	-937;9	-9400	27022	26958	45182	45117
12.8	04 ^h 34 ^m -05 ^h 44 ^m	52643	52567	-939;8	-9403	27013	26955	45184	45117
20.8	03 ^h 25 ^m -04 ^h 24 ^m	52641	52561	-938;8	-9403	27008	26950	45185	45115
27.8	04 ^h 55 ^m -05 ^h 31 ^m	-	-	-941;2	-940;8	27006	26952	-	-

Базисные значения определены по I серии вариометров.

Дата.	Температура в кабинах.		Разност вариометров I и 2 серий.				Потеря записи. I и 2 серий.	
	I	2	Т	Д	Н	З	Серия.	Часы.
1.	20.5	20.7	8	0.1	33	35	Б-II	14ч. 30мин.
2.	20.6	20.8	8	0.0	33	34		
3.	20.7	20.9	8	0.1	33	34		
4.	21.0	21.2	8	0.1	34	35		
5.	21.2	21.5	8	0.2	33	37		
6.	21.4	21.6	8	0.2	33	37		
7.	21.3	21.5	8	0.2	33	38		
8.	21.1	21.3	8	0.2	33	38	Б-II	22ч.
9.	20.9	21.2	8	0.2	33	38		
10.	20.9	21.2	8	0.2	33	38		
11.	20.9	21.2	8	0.2	33	38		
12.	20.9	21.1	7	0.2	33	38		
13.	20.8	21.1	8	0.2	33	38		
14.	20.8	21.1	8	0.2	33	38		
15.	20.9	21.2	7	0.2	32	38		
16.	20.9	21.2	8	0.2	33	38		
17.	20.9	21.1	8	0.2	34	39		
18.	21.0	21.2	7	0.2	34	39		
19.	21.2	21.4	8	0.2	34	39		
20.	21.6	21.8	7	0.2	33	40		
21.	21.9	22.1	7	0.2	33	40		
22.	22.0	22.2	7	0.2	34	39		
23.	22.0	22.2	7	0.2	34	39	Б-II	10ч. 30 мин.
24.	21.7	21.9	6	0.2	34	39		
25.	21.3	21.5	7	0.2	33	39		
26.	20.9	21.1	7	0.2	33	38		
27.	20.6	20.8	7	0.2	33	38		
28.	20.4	20.6	7	0.2	33	38		
29.	20.2	20.4	7	0.2	34	38		
30.	20.1	20.3	7	0.3	33	37		
31.	20.0	20.2	7	0.2	34	37		