

НОЯБРЬ 1975 год.

На данный период принято:

	Цена деления на I мм		Темпер коэффиц гамма/ градус	Базисные значения приняты.	
I Серия (основная) Развертка 20 мм/ час	T гамм	3.08	-0.2	52562	
	L гамм	1.64			
	M мин	0;209		-9° 40;6	
	H гамм	1.74	-0.3	2694I	
	Z гамм	2.36	-0.9	45I2I	
2 Серия (точная.) Развертка 20 мм/ час	T гамм	1.63	-0.3	52556	
	L гамм	1.42			
	M мин	0;18I		-9° 40;2	
	H гамм	2.49	-0.7	26906	
	Z гамм	3.65	-0.6	45I62	

АБСОЛЮТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Дата	Время ИТ	T		L		H		Z	
		Абс.п	Базис	Абс.п	Базис	Абс.п	Базис	Абс.п	Базис
3/II-75	04:28-05:40	-	-	-94I;8	-940;6	-	-	45I82	45I20
12/II-75	05:02-06:18	-	-	-938;7	-940;6	-	-	45I94	45I20
17/II-75	04:14-05:19	52647	52562	-936;3	-940;7	270I4	26942	45I88	45I2I
24/II-75	04:25-05:21	52639	52563	-938;2	-940;7	26984	26938	45I95	45I24
28/II-75	04:10-04:30	-	-	-	-	2700I	26943	-	-

Базисные значения определены по I серии вариометров

Дата	Температура в кабинах		Разность вариометров I и 2 серии				Потеря записи	
	I	2	T	L	H	Z	Серия	Часы
1.	19.6	19.7	6	0.4	34	40		
2.	19.9	20.0	5	0.4	34	40		
3.	20.1	20.1	5	0.5	34	4I		
4.	20.1	20.1	6	0.4	35	4I		
5.	20.1	20.1	6	0.4	35	4I		
6.	20.1	20.2	5	0.4	35	4I		
7.	20.2	20.3	6	0.4	35	4I		
8.	20.2	20.3	6	0.4	35	4I	Б-2	5 час.
9.	20.2	20.2	7	0.4	35	4I	Б-2	15 час.
10.	20.1	20.1	6	0.5	34	4I		
11.	20.0	20.0	6	0.5	34	4I		
12.	20.0	20.0	6	0.4	35	4I		
13.	20.0	20.1	6	0.4	35	4I		
14.	20.0	20.1	6	0.4	35	4I		
15.	20.0	20.0	6	0.4	35	4I		
16.	20.0	19.9	6	0.4	35	4I		
17.	19.9	19.9	5	0.4	35	4I		
18.	19.9	19.9	2	-	-	-	Б-2	24 час.
19.	19.9	19.9	6	0.4	35	4I		
20.	20.0	19.9	6	0.4	35	4I		
21.	20.0	20.0	6	0.4	35	4I		
22.	20.0	20.0	7	0.5	35	4I		
23.	20.0	20.0	6	0.5	35	4I		
24.	20.0	19.9	6	0.4	35	4I		
25.	19.9	19.9	5	0.4	35	4I		
26.	19.9	19.9	6	0.4	35	4I		
27.	19.9	19.9	5	0.5	35	4I	Б-2	15 час.
28.	19.8	19.8	6	0.4	35	4I		
29.	19.9	19.9	6	0.4	35	4I		
30.	20.1	20.0	6	0.4	35	4I		